

あぶくま支援学校給食モニタリング事業検体分析結果

| 給食提供日 | 測定結果(Bq/kg) | | |
|-------|-------------|--------|--------|
| | 核種 | Cs-134 | Cs-137 |
| 9月5日 | 分析値 | <0.639 | <0.944 |

※測定結果の見方: 数値に「<」がある場合は、「不検出」であり、「<」の右の数値は「検出限界値」です。

※検査機器: ゲルマニウム半導体検出器

(オルテック社製Ge半導体検出器 SEG-EMS)

※検査時間: 1,000秒